

[S. WERNER | BORNHÖVEDSTRASSE 78 | 19055 SCHWERIN]

MP Med GmbH
Breite Straße 42
D-73553 Alfdorf

c/o
HygCen Germany GmbH
Bornhövedstrasse 78
19055 Schwerin

Phone: +49 (0) 385 5682 65
Email: info@hygcn.de
Web: www.hygcn.de

30.09.2020

MP Med Antisept PLUS V
Hygienische Händedesinfektion

GUTACHTEN

Nach Prüfung der Eignung von **MP Med Antisept PLUS V** für die Hygienische Händedesinfektion im Prüflabor HygCen Germany GmbH (Prüfbericht SN 11097 vom 25.10.2010) nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren (Stand: 01. Sept. 2001) und EN 1500 (Stand: 11-2009) gebe ich die folgende Beurteilung:

In den quantitativen Suspensionsversuchen unter hoher Belastung wurde mit einer 80%igen Konzentration binnen 15 Sekunden eine Reduktion der Testkeime *S. aureus*, *E. hirae*, *P. aeruginosa* und *C. albicans* von $\geq 6,44$ lg Einheiten nachgewiesen.

Das Produkt **MP Med Antisept PLUS V** ist nach EN 1500 geeignet für die Hygienische Händedesinfektion.

Anwendungsempfehlung für die Hygienische Händedesinfektion

entsprechend den

„Anforderungen zur Zertifizierung durch die Desinfektionsmittel-Kommission des VAH (2015)“

3ml MP Med Antisept PLUS V auf den Händen während 15 Sekunden verreiben.



Dr. med. univ. S. Werner